



PP排煙櫃規範說明

1. 外觀尺寸：依客戶需求製作。
2. 櫃體材質：採用瓷白色PP 6t/10t塑膠板內包覆不繡鋼管製作，鋼性強且具半永久性。
3. 導流板：採用PP 瓷白色8t(mm) 抗強酸鹼，抗化學藥品，耐衝擊之防焰板溶接成型。
4. 操作台面：
 - ☐採用PP瓷白色10t(mm)抗強酸鹼，抗化學藥品，耐衝擊之防焰板承受重量150kg。
 - ☐採用實驗專用檯面積層板(Laminates Sheets)黑色13 mm厚(含)以上。
5. 操作視窗：採用PP 射出成型框條附5mm 透明強化玻璃，視窗把手採一體成型，平衡配重滑動式設計讓使用者輕易操作。平衡吊重鋼索採用不繡鋼絲。單條鋼索斷裂時視窗不得有墜落情形產生。
6. 日光燈組：採用日光燈具T5-單向220V。
7. 電源插座：採用接地式插座110V – 2 組、220V – 1 組。
8. 下櫃櫃體：採用PP 瓷白色6t/10t(mm) 抗強酸鹼，抗化學藥品，耐衝擊板溶接成型。
9. 配電箱體：ABS 配電箱盒、無熔絲開關3P 30A 1 組、2P 20A 1 組，電燈×1組。
10. 風速測試：視窗全開啟高度井字測量方式6 點平均值0.45 ~ 0.55 m/s。
11. 櫃體採用現場組裝方式結合、不得於現場焊接施工組裝。方便日後排煙櫃遷移時拆卸搬遷。
12. 選配：
 - ☐PP水槽
 - ☐PP單口鵝頸龍頭
 - ☐三口鵝頸龍頭